



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



"ТЕЦ (Марица изток 2) ЕАД
.с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изх.№ 35469
Дата 23.10. 2017 г.

До
Всички заинтересовани лица
по обществена поръчка с рег. 17107

Относно: **Обществена поръчка с рег. № 17107 и предмет „Доставка на химикали и реактиви, лабораторна стъклария и консумативи, апарати и електроди за химични лаборатории“**

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 180 от ЗОП, правим следните разяснения по процедурата:

Въпрос: По втора обособена позиция „Доставка на лабораторна стъклария и пособия за химични лаборатории“ имаме следните въпроси за пояснения:

- 1) По позиция №1, 2 и 3 от спецификацията – „Бюрета автоматична по Пелле – бяло стъкло, с междинен кран, клас AS от 10мл:0.02, 25мл:0.05 и 50мл:0.1. Моля да уточните бюретите трябва ли да бъдат в комплект с тубус и круша или в комплект само с круша?
- 2) По позиция №4 от спецификацията – „Бюрета Мор – Перла, клас B10мл:0.02. Тъй като такъв тип бюрети са много стар модел и вече не се произвеждат и не се предлагат от нито един доставчик, бихте ли приели в офертата – „права бюрета с кран, клас А, 10мл“ като по-надежден вариант и по – осъвременена спецификация?
- 3) По позиция №47 от спецификацията – „Бутилка за проби, PE – цилиндрична форма, тясно гърло“. Бихте ли уточнили от какъв обем да бъдат колбите?

Отговор: По втора обособена позиция „Доставка на лабораторна стъклария и пособия за химични лаборатории“ правим следните разяснения:

- 1) По позиция №1, 2 и 3 от спецификацията – бюретите не трябва да са в комплект с тубус и круша.
- 2) По позиция №4 от спецификацията - Не е възможно да бъдат променени изискванията на техническата спецификация, т.е. замяната с друг тип бюрета е недопустимо.
- 3) По позиция №47 от спецификацията - Бутилка за проби, PE, цилиндрична форма, тясно гърло; Ø34 – 1000 dm³.

Изн. директор:
инж. Ж. Динчев