



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014

Факс: 042/662 099, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД	
с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изм. №	14459
Дата	26.04.2018 г.

До (To): Всички заинтересовани лица	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662914
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 18048		Дата (Date):	Стр. (Pages): 1

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване по ОП рег. № 18048 с предмет: "Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“ и на основание чл. 180, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: Може ли да поясните дали са задължителни посочените параметри, или пробовземната система може да бъде съобразена с най – подходящите за конкретното техническо решение?

Отговор: Посочените параметри в техническото задание на пробовземната тръба, са задължителни.

Въпрос 2: Следва ли предложението срок за гаранционно обслужване да се включи към ценовата оферта и да бъде поставен в плика с предлаганата цена?

Отговор: Гаранционният срок е част от техническото предложение и следва да бъде посочен именно там.

Въпрос 3: Има ли съществуваща мачта, на която да се монтират сензорите?

Отговор: Няма съществуваща мачта. Мачтата следва да бъде съобразена с условията за измерване на метео параметри и да бъде монтирана на контейнера на станцията.

Въпрос 4: Бихте ли приели алтернативно предложение с анализатори, на които Входният филтър, както и Картата памет са лесно достъпни без да са изнесени на входния панел?

Отговор: Изискването към оборудването е продиктувано от ефективно обслужване, експлоатация и специфичните необходиминости продиктувани от дългогодишната практика от работа със системи за контрол на качеството на атмосферния въздух и системи за ранно предупреждение от замърсявания. Възложителя ще приеме алтернативно предложение, стига обслужването на консумативите за анализаторите да е лесно достъпно.

Въпрос 5: Ще приемете ли алтернативно предложение в което помпата за Газоанализатор за измерване на азотни оксиди(NO, NO2, NOx) е вградена(т.е. монтирана) в 19" шкаф, а не в самият анализатор?

Отговор: Възложителя ще приеме предложението, което е съобразено с газоанализатор за измерване на серен диоксид в атмосферен въздух и газоанализатор за

ТО/ММ/СП


Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведоляваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.

измерване на азотни оксиди (NO,NO2,NOx) в атмосферен въздух, като се запазва условието за лесно и достъпно обслужването на консумативите за анализаторите.

Въпрос 6: Бихте ли приели като алтернативно предложение с данни по тези показатели за различен период от изисканият, ако изпитващите лаборатории нямат данни за зададеният от Вас период(24 часа) в сертификатите по QAL 1, EN 14211 и EN 14212.

Отговор: Възложителя не приема тази алтернатива.

Изп. директор:
(инж. Ж. Динчев)



ТО/ММ/СП

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.