



РЕШЕНИЕ № 18048-2/ 20.06.2018 г.

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег. №18048 и предмет **“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“**

Днес, 20.06.2018 г., в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, като взе предвид, че:

1. С решение № 18048-1/12.04.2018 г. е одобрено откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. №18048 и предмет **“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“**

2. Прогнозна стойност на поръчката: 80 000.00 лева без ДДС

3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2018-0048.

4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: <http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1389.html>

5. Протокол от комисията, назначена със заповед № 710/11.05.2018 г., е утвърден от Изпълнителния директор на 19.06.2018 г.

6. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси или основания за отстраняването им.

На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, рег. №18048 и предмет **“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“**, взе следните

РЕШЕНИЯ :

1. Класира участниците, както следва:

№	Наименование и седалище на участника	Предлагана цена, лева без ДДС	Класиране
1	„Це Це Ес България“ ООД гр. София	78 947.00	I място

1.2. Отстранява следните участници

„Лабексперт“ ООД, гр. София

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява участника „Лабексперт“ ООД, гр. София, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на процедурата.

Мотиви:

Предложението на участника не отговаря на изискванията на Приложение №1 „Техническо задание“, т. III. 2. Технически спецификации, както следва:

Относно подточка 1. Газоанализатор за измерване на серен диоксид в атмосферен въздух:

Поставеното изискване от възложителя е „Дрейф на нула: < 0,5 ppb на ден“, а предложението на участника е „Дрейф на нула: < 0,5 ppb до обхват 0,2 ppm за ден, 1,0 ppb при по-големи стойности; < 0,35 ppb за 12 часа“, в приложената брошура на английски този параметър е „Zero drift: < 1 ppb/24h или Дрейф на нула: < 1 ppb на ден“.

Относно подточка 2. Газоанализатор за измерване на азотни оксиди (NO, NO₂, NO_x) в атмосферен въздух:

Поставеното изискване от възложителя е „Измервателен принцип: Хемилуминесценция с редуцирано налягане и модулация тип кръстосан поток (CLD)“, а предложението на участника е „Хемилуминесценция, стандартен метод за измерване на концентрации на NO и на NO₂“

1.3. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класираният на първо място участник „Це Це Ес България“ ООД гр. София, съгласно изискванията на обществената поръчка.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на участника в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му.

Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изп. директор:.....п.....
Ж. Д.