

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите предложения от офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18048 и предмет: **“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“**

На 07.06.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 710/11.05.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав:

Председател:

Н.Н. - Началник цех КИП и А и УИ системи

Членове:

1. Л.К. - Ръководител група СИ, цех КИП и А и УИ системи

2. М.П. - Юрисконсулт, ПО

3. С.Н. - Експерт контрол на документи, АДФК

4. С.П. - Търговски агент, Търговски отдел

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 28.05.2018 г. и с писмо изх. 18375/28.05.2018 г. го изпрати на участниците в обществената поръчка.

В определения срок от получаване на протокола участникът „Лабексперт” ООД, град София с писмо вх. № 19183/31.05.2018 г. представи изисканите документи.

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в процедурата и констатира следното:

За участника „Лабексперт” ООД, град София

Предложението на участника не отговаря на изискванията на Приложение №1 „Техническо задание“, т. III. 2. Технически спецификации, както следва:

1. Относно подточка 1. Газоанализатор за измерване на серен диоксид в атмосферен въздух:

Поставеното изискване от възложителя е „Дрейф на нула: < 0,5 ppb на ден“, а предложението на участника е „Дрейф на нула: < 0,5 ppb до обхват 0,2 ppm за ден, 1,0 ppb при по-големи стойности; < 0,35 ppb за 12 часа“, в приложената брошура на английски този параметър е „Zero drift: < 1 ppb/24h или Дрейф на нула: < 1 ppb на ден“.

2. Относно подточка 2. Газоанализатор за измерване на азотни оксиди (NO, NO₂, NO_x) в атмосферен въздух:

Поставеното изискване от възложителя е „Измервателен принцип: Хемилуминесценция с редуцирано налягане и модулация тип кръстосан поток (CLD)“, а предложението на участника е „Хемилуминесценция, стандартен метод за измерване на концентрации на NO и на NO₂“

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага участника „Лабексперт” ООД, град София за отстраняване от процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на процедурата.

Техническото предложение на останалия участник в процедурата е по образец на Възложителя, като отговаря на изискванията на документацията за участие и ЗОП.

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е оптимално съотношение качество/цена.

С оглед на техническото предложение на участника и заложената в документацията за участие методика за оценка на офертите, комисията оценява участника по показател „Гаранционен срок” от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег.№ 18048 и предмет **“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“**, както следва:

№	Наименование и седалище на участника	Предлаган гаранционен срок/месеци/	Брой точки
1	„Це Це Ес България” ООД гр. София	48	100

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 13.06.2018 г. от 10:45 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 07.06.2018 г.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател:

Н.Н. –П.....

Членове:

1. Л.К. –П.....

2. М.П. –П.....

3. С.Н. –П.....

4. С.П. –П.....